



سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

شماره: ۴۰۰/۱۰۰/۷۰/۳۷۵۲۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

ریاست محترم نظام پزشکی های سراسر کشور

با سلام

احتراما به پیوست تصویر نامه شماره ۴۰۰/۱۴۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استفاده از دستگاه هیگز در دفاتر کار مامایی و مطب متخصصین زنان و زایمان به انضمام مکاتبه شماره ۶۶۴/۸۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت واردات دستگاه مذکور و عدم تأیید ایمنی و اثربخشی درمانی براساس نتایج دفتر ارزیابی فناوری سلامت (HTA) وزارت متبوع ارایه می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحوه مقتضی به اطلاع اعضای محترم آن نظام پزشکی رسانده شود.

دکتر علی سالاریان
معاون فنی و نظارت

رونوشت:

جناب آقای دکتر خردمند رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان قزوین



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و امور پزشکی

بسمه تعالی

شماره ۴۰۰/۲۸۲۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
پوست ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

معاونت درمان

مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی

جناب آقای دکتر شاهرادی

موضوع: عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر

مامایی

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۴۰۰/۱۷۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ این مرکز و نامه های شماره ۴۰۰/۱۰۸۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ مدیرکل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت عطف به نامه شماره ۴۰۰/۱۸۹۰۳ مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ آن دفتر در خصوص استفاده از دستگاه هیگز در دفتر کار مامایی و مطب متخصصین زنان و زایمان حضورتان ارسال می گردد. با توجه به اعلام عدم تایید و اثبات ایمنی و اثربخشی دستگاه فوق و همچنین تبلیغ، فروش و اعلام تعرفه پیشنهادی توسط شرکت مربوطه، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به نحوه تایید، صدور مجوز واردات و فروش دستگاه فوق برای اقدامات بعدی، این مرکز را مطلع نمایند.

دکتر حبیب ملک پور

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

بِسْمِ تَعَالَى



معاونت درمان

شماره ۵۴۰۰/۱۴۹۳۲
تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
پوست ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

موضوع: عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی دستگاه هیگز - م درمان کل کشور

با سلام و احترام

با توجه به استعلام های دریافتی در خصوص استفاده از دستگاه هیگز در دفاتر کار مامایی و مطب متخصصین زنان و زایمان همراه با تبلیغات و دریافت تعرفه های سنگین، به پیوست نامه شماره ۵۶۶۴/۸۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت واردات دستگاه مذکور و عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی بر اساس نتایج دفتر ارزیابی فناوری سلامت (HTA) وزارت متبوع جهت بهره برداری و اعمال نظارت حضورتان ارسال می گردد.

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان

دبیرخانه: سازمان نظام پزشکی کل کشور

شماره نامه: ۴۰۰ / ۱۰۰ / ۷۰ / ۲۹۳۸۰

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۰



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ۵۴۰۰/۱۰۸۰۰
تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
پوست ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

جناب آقای دکتر عیسی توحیدی

معاون محترم درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین

موضوع: استفاده از دستگاه هیگز در مطب و دفاتر مامایی

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۹۷۴/۱/۱۲۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ در خصوص تعرفه استفاده از دستگاه هیگز، به استحضار می‌رساند براساس فرآیند تعرفه‌گذاری خدمات فاقد تعرفه، تنها پس از انجام مطالعات «ارزیابی فناوری سلامت» و اثبات ایمنی و اثربخشی بالینی خدمت و در صورت خاتمه مراحل «تدوین شناسنامه خدمات» مقدر می‌باشد فلذا با عنایت به نامه شماره ۴۰۰/۱۸۹۰۳ مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ چون صرف نظر از محل بهره برداری تاکنون ایمنی و اثربخشی بالینی استفاده از "دستگاه هیگز" تایید نگردیده است اعلام هرگونه تعرفه جهت این خدمت امکان پذیر نمی‌باشد.

دکتر مهدی بوسفی
مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری
و تدوین اساندارد و تعرفه سلامت

رونوشت:

جناب آقای دکتر حبیب ملک پور رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان : در پاسخ به نامه شماره ۱۷۵۷/۴۰۰ مورخ

۲۷/۴/۱۴۰۰

سرکار خانم پورآقاسی کارشناس امور قراردادها و بیمه های درمانی

جناب آقای محسن ادیبی دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب دبیرخانه اسفراین

جناب آقای دکتر ...



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره ۵/۶۶۴/۸۱۰۹۱

تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

پیوست ندارد

جناب آقای دکتر حبیب ملک پور رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

موضوع: عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر مامایی

سلام علیکم؛

بازگشت به نامه ۴۰۰/۲۸۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ با موضوع عدم تایید ایمنی و اثر بخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر مامایی به استحضار می رساند، واردات دستگاه های رادیوفرکانسی واژینال بانوان با حیطه کاربرد استفاده از رادیوفرکانسی واژینال جهت درمان بی اختیاری ادرار، آتروفی واژن، خشکی و دست یابی به سفت شدن کانال واژینال، جوان سازی و کلاژن ساز توسط این اداره کل ممنوع اعلام شده و در همین راستا این اداره کل مراتب فوق الذکر را جهت اطلاع کلیه ذینفعان طی خبر شماره ۳۱۰۳ مورخ هیجدهم مرداد ۱۳۹۷ در پرتال رسمی این اداره کل به نشانی WWW.IMED.ir مبنی بر عدم تایید اثربخشی این روش درمانی توسط دفتر ارزیابی فناوری سلامت (HTA) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل تجهیزات منتشر نموده است.

دکتر سعیدرضا شاهمرادی
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی



جناب آقای دکتر فریدون رحمانی

سرپرست محترم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر کرد

موضوع: در خصوص استفاده از دستگاه هیگز در مطب و دفاتر مامایی

با سلام و احترام

در پاسخ به نامه شماره ۱۸/۹۹/۹۲۳۷۸/د مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۹ مبنی بر درخواست پزشکان و ماماها در خصوص استفاده از دستگاه هیگز (Higgs) در مطب و دفاتر کار مامایی، جهت درمان اختلالات پس از یائسگی، بی اختیاری ادراری و ... به استحضار می رساند، پس از بررسی شواهد علمی، علی رغم نشان دادن اثربخشی کوتاه مدت و بهبود پیامدها در برخی مطالعات، نیاز به انجام مطالعات بیشتر در اکثر مقالات تأکید شده است و همچنین طبق توصیه سازمان غذا و داروی امریکا هیچکدام از ابزارهای بر پایه انرژی با کاربرد جوان سازی واژن یا روش های غیر جراحی واژن برای درمان علائم مربوط به یائسگی، بی اختیاری ادرار یا عملکرد جنسی مورد تأیید نیست و در رابطه با عوارض جانبی آنها هشدار داده شده است. لذا ایمنی و اثربخشی دستگاه های مبتنی بر انرژی برای درمان در موارد ذکر شده تا کنون ثابت نشده است.

دکتر مهدی یوسفی
سرپرست دفتر ارزیابی فناوری و تدوین
استاندارد و تعرفه سلامت

رونوشت:

سرکار خانم سلیمانیان دبیرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د چهارمحال بختیاری

سرکار خانم دکتر ترابی رئیس گروه ارزیابی فناوری های نوین سلامت

سرکار خانم حسینی قوام آباد معاون محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

شماره ۴۰۰/۱۷۵۷
تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
پوست ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

جناب آقای دکتر مهدی یوسفی

مدیر کل محترم دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

موضوع: استعلام تعرفه فوتوتراپی و دستگاه هیگز

با سلام و احترام

به پیوست نامه های شماره ۱۴۰۰/۹۷۴/۱/۱۲۳۴ و ۱۴۰۰/۹۷۴/۱/۱۲۳۵ و مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ معاون محترم درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین در خصوص تعرفه انجام فوتوتراپی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب متخصص زنان با اخذ تعرفه مطابق با تعرفه اعلامی شرکت تولید کننده حضورتان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به سوالات مطروحه، موضوع بررسی و ضمن اعلام نتیجه به صورت مستقیم به آن معاونت، رونوشت آن را جهت بهره برداری به این مرکز ارسال نمایند.

دکتر حبیب ملک پور

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان



شماره: ۱۴۰۰/۹۷۴/۱/۱۲۳۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۱۰:۴۰

پیوست: ندارد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین



معاونت درمان

(تولید، پشتیبانی، مانع‌زدایی)

جناب آقای دکتر حبیب ملک پور

رئیس محترم مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت

موضوع: استعلام

سلام علیکم

احتراما؛ با توجه به اینکه يك پزشك متخصص زنان دانشکده علوم پزشکی اسفراین در مطب از دستگاه هیگز که حوزه کاری آن زیبایی و جوانسازی و اژینال می باشد استفاده می نماید و بر اساس تعرفه های شرکت تولید کننده دستگاه که به پیوست می باشد از بیماران تعرفه دریافت می نماید خواهشمند است در خصوص اینکه آیا پزشك زنان می تواند از دستگاه مربوطه در مطب استفاده کند و اگر می تواند تعرفه آن چگونه است این معاونت را ارشاد فرمایید. تسریع در پاسخگویی مزید امتنان است.

دکتر عیسی توخیدی

معاون درمان

رونوشت:



خراسان شمالی اسفراین خیابان طالقانی ستاد مرکزی دانشگاه

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۵۰۰۰۰ * نمابر: ۰۵۸۳۷۲۲۳۵۰۹ * کد پستی: ۹۶۶۱۸۷۶۹۸۱ * شناسه ملی سازمان: ۱۴۰۰۴۸۶۰۰۹۴

شماره: ۱۴۰۰/۹۷۴/۱/۱۲۳۴

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

پیوست: ندارد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان



معاونت درمان

(تولید، پشتیبانی، مانع زدایی)

جناب آقای دکتر حبیب ملک پور

رئیس محترم مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت

موضوع: استعلام

سلام علیکم

احتراما؛ با توجه به اینکه یکی از مراکز پرستاری اسفراین که طرف قرارداد با پزشک متخصص اطفال می باشد از دستگاه بیلد رومین متر با تعرفه بیست و پنج هزار تومان استفاده می کند خواهشمند است در خصوص اینکه، آیا مجاز به فروش چشم بند هستند و اگر اینگونه است تعرفه مربوطه چقدر است و دیگر اینکه تعرفه انجام فوتوتراپی با دستگاه ۶ لامپ برای مدت ۲۴ ساعت چقدر است، این معاونت را ارشاد فرمایید. تسریع در پاسخگویی مزید امتنان است.

دکتر عیسی توخیدی

معاون درمان

رونوشت:



خراسان شمالی اسفراین خیابان طالقانی ستاد مرکزی دانشگاه

تلفن: ۰۵۸۳۱۵۵۰۰۰۰ * شماره: ۰۵۸۳۷۲۲۳۵۰۹ * کد پستی: ۹۶۶۱۸۷۶۹۸۱ * شناسه ملی سازمان: ۱۴۰۰۴۸۶۰۰۹۴

1399/9/18

تاریخ

شماره: 18/99/92378-د

شماره

پیوست

جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

استان چهارمحال و بختیاری

بسمه تعالی



مدیر کل محترم دفتر ارزیابی فناوری - استانداردها و تعرفه خدمات سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

با عنایت به درخواست پزشکان و ماماها در خصوص استفاده از دستگاه هیگز (Higgs) در مطب و دفاتر کار مامایی، خواهشمند است دستور فرمایید این معاونت را در زمینه شرایط مجاز بودن استفاده از این دستگاه و افراد صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت و تعرفه های مربوطه ارشاد نمایند.

دکتر فریدون رحمانی
معاون درمان دانشگاه