



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

شماره: ۲۸/۳۶/۱۷۲۴۵۸

پیوست: ندارد

۱۰:۲۰

جناب آقای دکتر خردمند / رئیس محترم سازمان نظام پزشکی قزوین
جناب آقای دکتر محمدزاده / رئیس محترم سازمان نظام پزشکی البرز
جناب آقای دکتر سیرجانی / رئیس محترم سازمان نظام پزشکی آبیگ
جناب آقای دکتر کریمی نژاد / رئیس محترم سازمان نظام پزشکی بوئین زهرا

باسلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۴۰۰/۱۴۹۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ معاون محترم
درمان وزارت متبوع در خصوص عدم تأیید ایمنی دستگاه هیگز (رادیو
فرکانسی واژینال بانوان جهت درمان بی اختیاری ادرار، آتروفی واژن، خشکی و دست
یابی به سفت شدن کانال واژینال، جوانسازی و کلاژن سازی و ...) جهت استحضار
و اطلاع رسانی به کلیه ماماها و متخصصین زنان ارسال می گردد.

دکتر عبدالله کشاورز
معاون درمان دانشگاه

بِسْمِ تَعَالَى



معاونت درمان

شماره ۵۴۰۰/۱۴۹۳۲
تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
پوست ندارد

تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها
مقام معظم رهبری

معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی


موضوع: عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی دستگاه هیگز - م درمان کل کشور

با سلام و احترام

با توجه به استعلام های دریافتی در خصوص استفاده از دستگاه هیگز در دفاتر کار مامایی و مطب متخصصین زنان و زایمان همراه با تبلیغات و دریافت تعرفه های سنگین، به پیوست نامه شماره ۵۶۶۴/۸۱۰۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ مدیرکل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت واردات دستگاه مذکور و عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی بر اساس نتایج دفتر ارزیابی فناوری سلامت (HTA) وزارت متبوع جهت بهره برداری و اعمال نظارت حضورتان ارسال می گردد.

دکتر قاسم جان بابایی

معاون درمان





جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



شماره ۵/۶۶۴/۸۱۰۹۱

تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

پیوست ندارد

جناب آقای دکتر حبیب ملک پور رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان

موضوع: عدم تایید ایمنی و اثربخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر مامایی

سلام علیکم؛

بازگشت به نامه ۴۰۰/۲۸۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ با موضوع عدم تایید ایمنی و اثر بخشی درمانی و استفاده از دستگاه هیگز در مطب پزشکان و دفاتر مامایی به استحضار می رساند، واردات دستگاه های رادیوفرکانسی واژینال بانوان با حیطه کاربرد استفاده از رادیوفرکانسی واژینال جهت درمان بی اختیاری ادرار، آتروفی واژن، خشکی و دست یابی به سفت شدن کانال واژینال، جوان سازی و کلاژن ساز توسط این اداره کل ممنوع اعلام شده و در همین راستا این اداره کل مراتب فوق الذکر را جهت اطلاع کلیه ذینفعان طی خبر شماره ۳۱۰۳ مورخ هیجدهم مرداد ۱۳۹۷ در پرتال رسمی این اداره کل به نشانی WWW.IMED.ir مبنی بر عدم تایید اثربخشی این روش درمانی توسط دفتر ارزیابی فناوری سلامت (HTA) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل تجهیزات منتشر نموده است.

دکتر سعیدرضا شاهمرادی
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی