



دانشگاه علوم پزشکی قزوین  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
معاونت درمان

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۵  
شماره: ۲۸/۳۶/۲۰۸۰۴۰  
نیازدار: پیوست: ۱۲:۱۰  
 ساعت:

رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی بوعالی سینا، ولایت، قدس، کوثر، شهید رجایی، ۲۲ بهمن

رئیس محترم بیمارستان رحیمیان، شهداء، شفاء، امیرالمؤمنین (ع)

رئیس محترم بیمارستان تامین اجتماعی رازی، تاکستان

رئیس محترم بیمارستان خصوصی دهدخا، پاستور، مهرگان، ولیعصر (ع)

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی قزوین، البرز، تاکستان، آبیک، بوئین زهرا

#### با سلام و احترام

عطاف به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰/۱۰۴۰۰/۲۱۱۰۷ د تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ معاون محترم درمان وزارت متبع در خصوص نشر و اجرای راهنمای طبابت بالینی مبتنی بر شواهد با موضوع ابلاغ "شناسنامه و استاندارد خدمت Vagal Nerve Stimulation (VNS) (نسخه دوم)"، به استحضار می‌رساند راهنمای مذکور در آدرس ذیل قبل دسترسی است، لذا در راستای بهره‌مندی و اقدام بر اساس راهنمای ابلاغی، خواهشمند است دستور فرمائید به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

استانداردهای مغز و اعصاب > استانداردها و راهنمایی‌های بالینی > دسترسی سریع >

دکتر حیدرالله کشاورز  
معاون درمان دانشگاه

رونوشت :

۱. مدیر کل محترم بیمه سلامت استان، جهت استحضار
۲. سرپرست محترم مدیریت درمان تامین اجتماعی استان، جهت استحضار
۳. مدیر کل محترم تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان، جهت استحضار



شماره ..... ۷۱۱۰۰/۴۰۰  
تاریخ ..... ۱۰/۱/۳۱۰  
پرست ..... دارد

بسمه تعالیٰ

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، دام و امور پرورشی  
معاونت درمان

رسایل محترم کلیه دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی کشور

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر عباس مسجدی آرانی

رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور

جناب آقای دکتر حمیدرضا امیر احمدی

مدیر عامل محترم سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر سالاری

سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر خسرو صادق نیت

مشاور وزیر و مدیر کل محترم حوزه وزارتی

جناب آقای دکتر پیر صالحی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

**موضوع:** ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت (Vagal Nerve Stimulation (VNS) (نسخه دوم)

**با سلام و احترام؛**

همانگونه که مطلع می باشید یکی از راهکارهایی که برای پیشگیری از افزایش هزینه های درمان و تحمیل بار اقتصادی سنگین به نظام سلامت و جامعه در کشورهای مختلف مورد توجه است تدوین و نشر انواع راهنمایی بالینی است که به عنوان یکی از محورهای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه می باشد. در همین راستا معاونت درمان تدوین و ابلاغ انواع راهنمایی بالینی (شناسنامه و استاندارد خدمات، راهنمای تجویز دارو، پروتکل تشخیص و درمان بیماری و....) را با اولویت خدمات پر تواتر، پر هزینه (خدمات، تجهیزات)، دارای پوشش بیمه ای، با حضور جمعی از اساتید حوزه های مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و سیاستگذاری و برنامه ریزی این امر را عهدهدار شده است. لذا در



جمهوری اسلامی  
جمهوری اسلامی  
وزارت بهداشت، دانشگاه آموزشی

معاونت درمان

بسمه تعالیٰ

شماره ..... ۷۱۱۰/۴۰۰  
تاریخ ..... ۱۰/۱/۱۴۰۳  
پوست ..... دارد

راستای پویا سازی ارائه خدمات پزشکی و اجرایی نمودن بر مبنای بند ۵ و ۱-۸ سیاستهای کلی سلامت و ردیف ۲-۳ بند (الف) ماده ۶۹ و ردیف ۱ و ۲ ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ، مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنمایی بالینی توسط وزارت بهداشت « شناسنامه و استاندارد خدمت (Vagal Nerve Stimulation (VNS) » به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.


بدیهی است ضمن تأکید بر ارائه خدمت در چارچوب استانداردهای مورد تائید وزارت متبع، اعلام می گردد  
دانشگاه/ دانشکده، انجمن ها و سازمان نظام پزشکی میبایست از این راهنمایها در آموزش های بازآموزی استفاده و سازمان های بیمه گر نیز بر اساس محصولات دانشی اقدام به خرید راهبردی نمایند. امید است با بهره مندی از تلاش جمعی و اطلاع رسانی در این زمینه، شاهد تحولی جدی در حوزه استقرار و بکارگیری راهنمایها به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و کاهش هزینه های غیر ضروری باشیم.

لازم به ذکر است شناسنامه و استاندارد خدمت مذکور از طریق تارنمای معاونت درمان به آدرس

در دسترس می باشد. <http://medcare.behdasht.gov.ir>

دکتر سعید گریمی

معاون درمان



معاونت درمان

## شناسنامه و استاندارد خدمت

Vagal Nerve Stimulation  
VNS

نسخه دوم

۱۴۰۳

کمیته مشاوران جهت تنظیم و تدوین:

دکتر حیریچیان دبیر محترم بورد رشته تخصصی بیماری های مغز و اعصاب

دکتر ثمینی دبیر محترم بورد رشته تخصصی جراحی مغز و اعصاب

دکتر خوشویسان متخصص جراحی اعصاب عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر تقاضا خارجی متخصص بیماری های مغز و اعصاب عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر کریمی متخصص جراحی مغز و اعصاب عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر خدایی اردکانی جانشین دبیر بورد رشته تخصصی روانپزشکی

دکتر مدقق دبیر بورد رشته فوق تخصصی جراحی عروق و درمان های اندوواسکولار

دکتر هاشمی دبیر بورد رشته تخصصی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

دکتر جلالی دبیر محترم رشته تخصصی بیهوشی

دکتر معتمدی ریس انجمن علمی نورولوژی ایران

دکتر محمد عاشوری فوق تخصص جراحی عروق و درمان های اندوواسکولار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

تهران

دکتر آرش خامنه باقری متخصص رادیولوژی و فوق تخصص اینترونشنال رادیولوژی و عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر اصغری جانشین دبیر بورد رشته تخصصی گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

با همکاری:

انجمن علمی نورولوژی اطفال ایران

تحت نظر:

دکتر سعید کریمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون محترم درمان

مشاور: دکتر سانا ز بخشندۀ ریس گروه تدوین استاندارد و راهنمایی بالینی معاونت درمان

تحت ناظارت فنی:

گروه استانداردسازی و تدوین راهنمایی سلامت

دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعریف سلامت

## الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و لاتین) به همراه کد ملی:

کدملی	شرح کد
۶۰۱۵۲۰	انسیزیون برای کاشت الکترودهای محرک عصبی؛ عصب جمجمه‌ای عصب محیطی (به جز عصب ساکرال)، عصب خودکار، نوروماسکولار (این کد در مراکز ارائه خدمت بر اساس فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژوهشی تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار می‌گیرد)
۶۰۰۷۳۵	کارگذاری یا تعویض زیرجلدی مولد یا گیرنده پالس تحریکات عصبی جمجمه‌ای، اتصال مستقیم یا القایی؛ با اتصال به یک الکترود منفرد
۶۰۰۷۴۰	کارگذاری یا تعویض زیرجلدی مولد یا گیرنده پالس تحریکات عصبی جمجمه‌ای، اتصال مستقیم یا القایی؛ با اتصال به دو الکترود یا بیشتر
۶۰۰۷۴۵	اصلاح یا درآوردن گیرنده یا مولد تحریک عصبی جمجمه‌ای
۹۰۱۴۰۵	آنالیز الکترونیک دستگاه مولد پالس عصبی کاشته شده (برای مثال تعداد و دامنه ضربان، دوره و شکل موج، وضعیت باطری، مودولاسیون خروجی، سیکلینک، امپدانس، و اندازه‌گیری میزان پذیرش بیمار) بدون برنامه‌ریزی مجدد

## ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی:

VNS به عنوان یک روش جراحی تسکینی در درمان صرع به کار می‌رود که یک ژنراتور کوچک به صورت زیر جلدی در سمت چپ قفسه سینه تعییه می‌شود که با یک الکترود به عصب واگ چپ متصل است و باعث تحریک عصب واگ می‌شود. این روش یک درمان کمکی در صرع مقاوم به درمان دارویی می‌باشد.

## ج) موارد ضروری انجام مداخله تشخیصی(اندیکاسیون ها):

۱. صرع مقاوم به درمان دارویی که با وجود بررسی های کافی، کاندید مناسب عمل جراحی قطعی با هدف حذف کانون مولد تشنج نیست.
۲. Multifocal epilepsy که کاندید جراحی قطعی با هدف حذف کانون مولد تشنج نیست.
۳. Bitemporal epilepsy که حتی با مانیتورینگ تهاجمی نیز نقش غالب یک طرف احراز نشده و لذا کاندید جراحی قطعی با هدف حذف کانون مولد تشنج نمی باشد.
۴. وقتی جراحی صرع دچار شکست شود(در صورتی که اقدامات تشخیصی کامل انجام شده باشد و رزکسیون کانون مولد تشنج به صورت کامل انجام شده باشد)
۵. سایر موارد با مستندات علمی (پس از بررسی در کمیته فنی تصمیم نهایی گرفته خواهد شد)

## ۶. شروع علایم اپیلپتیک انسفالوپاتی

### ۷. افسردگی مقاوم به درمان دارویی

۸. درمان کمکی در افسردگی راجعه و یا مزمن در فاز افسردگی یک قطبی و یا دوقطبی در افراد بالای ۱۸ سال

توضیحات شماره ۱ : در صورتیکه بیمار با وجود استفاده از ۲ داروی مناسب برای نوع صرع و با دوز مناسب هنوز تشنج داشته باشد دچار صرع مقاوم به درمان مدیکال می باشد.

توضیحات شماره ۲: منظور از بررسی جامع انجام Long-term Video EEG monitoring همراه با ثبت تعداد کافی ایکتال و MRI با پروتکل صرع میباشد. در صورت نیاز invasive intracranial monitoring , PET,SPECT یا fMRI باید انجام شود.

### (د) اقدامات یا پروسیجرهای ضروری جهت درمان بیماری:

پس از انتقال به اتاق عمل و تحويل بیمار از سرویس بیهوشی،  $30 \text{ mg/kg}$  آنتی بیوتیک تزریقی (مثل سفازولین) تجویز شده و بیمار در وضعیت سوپاین و سر چرخیده به چپ و مقداری اکستند شده قرار گرفته و آماده سازی محل عمل با شستشو و پوشش استریل انجام می شود. برش پوستی عرضی در ناحیه گردن در محاذات غضروف کریکوئید و مدیال به حاشیه ی قدامی عضله استرنوکلیدوماستوئید انجام شده و از پلین بین عضله استرنوکلیدوماستوئید و عضلات استراپ به غلاف کاروتید اپروچ می شود. غلاف کاروتید به صورت طولی باز شده و عصب واگ در داخل غلاف بین کاروتید و ورید رُوگولار در خلف پیدا شده و از بافت های همبند اطراف به طول سه تا پنج سانتیمتر آزاد می شود. در مرحله بعدی، برش پوستی در محاذات لبه فوقانی عضله پکتورالیس مژادر حدود دو سانتی متر زیر ترقوه یا در محل خط آگریلاری قدامی در همان سمت داده می شود و پس از تکمیل مرحله فوق، الکترود عصب واگ که به صورت مارپیچ ارتجاعی است با استفاده از Tunneler از فضای زیر جلدی بین دو انسیزیون عبور داده شده و در کنار عصب واگ به صورت کاملاً کشیده قرار داده می شود. سه الکترود Anchor و مثبت و منفی به ترتیب با استفاده از سوچرهای متصل با آن ها از زیر عصب عبور داده شده و پس از کشیدن و آزاد کردن آن ها، از چرخش آن ها به دور عصب اطمینان حاصل می شود. پس از این مرحله اتصال دیستال الکترود به ژنراتور برقرار می شود. پس از چک کردن ژنراتور و امپدانس الکترودها (ایده آل زیر ۲۰۰۰) و ضمن مراقبت از بیمار از نظر ایجاد برادی کاردی در هنگام تست دستگاه، کلیپ های Strain Relief در محل قرار داده شده و برش های جراحی در لایه های آنانومیک ترمیم می شود. پس از انتقال بیمار به بخش آنتی بیوتیک تزریقی تا دو دوز تکرار شود. دستگاه تا دو هفته خاموش خواهد ماند.

### ۵) توافق ارائه خدمت:

کد ملی	شرح کد	توافق
۶۰۰۷۴۰ یا ۶۰۰۷۳۵	کارگذاری یا تعویض زیرجلدی مولد یا گیرنده پالس تحریکات عصبی جمجمه‌ای، اتصال مستقیم یا القایی؛ با اتصال به یک الکترود منفرد /	یک بار

	کارگذاری یا تعویض زیرجلدی مولد یا گیرنده پالس تحریکات عصبی جمجمه‌ای، اتصال مستقیم یا القایی؛ با اتصال به دو الکترود یا بیشتر	
دو هفته بعد از کارگذاری دستگاه سپس ماهیانه	آنالیز الکترونیک دستگاه مولد پالس عصبی کاشته شده (برای مثال تعداد و دامنه ضربان، دوره و شکل موج، وضعیت باطری، مودولاسیون خروجی، سیکلینک، امپدانس، و اندازه‌گیری میزان پذیرش بیمار) بدون برنامه‌ریزی مجدد	۹۰۱۴۰۵
مستند به وضعیت پیگیری بیمار و در صورت وجود شواهد بالینی مرتبط قابل انجام است.	اصلاح یا درآوردن گیرنده یا مولد تحریک عصبی جمجمه‌ای	۶۰۰۷۴۵

تبصره ۱: تعویض ژنراتور در زمان پایان عمر باتری مولد مورد تایید وزارت متبع، ضروری است

تبصره ۲: در صورتیکه نقص در عملکرد سیستم کار گذاشته شده ایجاد گردد ، تعییه مجدد با نظر کمیته فنی قابل انجام خواهد

بود.

## و) افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:

۱- فلوشیپ صرع در اندیکاسیون صرع

۲- متخصص نورولوژی با سابقه حداقل ۱۰ سال فعالیت در صرع در مرکز دانشگاهی ) در اندیکاسیون صرع

۳- فلوشیپ روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری در مورد افسردگی

۴- مناسب است برای ارجاع بیمار درمانگاه مولتی دیسپلینری با تخصص های ذیل تشکیل گردد . فلوشیپ صرع یا متخصص نورولوژی با سابقه حداقل ۱۰ سال فعالیت در صرع در مرکز دانشگاهی )، متخصص جراحی مغز و اعصاب

با سابقه حداقل ۲ سال فعالیت در مراکز دانشگاهی مولتی دیسپلینری صرع و یا (فلوشیپ جراحی صرع که مدرک

مورد تایید وزارت متبع را داشته باشد)، فلوشیپ روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری

**ز) افراد صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:**

جراح مغز و اعصاب

**ح) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:**

ردیف	عنوان تخصص	تعداد موردنیاز به طور استاندارد به ازای ارائه هر خدمت	میزان تحصیلات مورد نیاز	سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم	نقش در فرایند ارائه خدمت
۱	متخصص بیهوشی	۱	متخصص	-	مدیریت سدیشن یا بیهوشی بیمار
۱	تکنسین بیهوشی	۱	حد اقل کارданی هوشبری	حد اقل ۱سال (معادل گذراندن دوره طرح)	بیهوشی بیمار
۲	تکنسین اتاق عمل	۲	حد اقل کاردانی اتاق عمل(تکنولوژیست جراحی)	حد اقل ۱سال (معادل گذراندن دوره طرح)	اداره جراحی بیمار

**ط) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان تعییه دستگاه:**

اتاق عمل بیمارستان

**ی) داروها، مواد و لوازم مصرفی پزشکی جهت ارائه هر خدمت:**

ردیف	اقلام مصرفی مورد نیاز	میزان مصرف (تعداد یا نسبت)
۱	الکترود	یک عدد
۲	ژنراتور و باتری	یک عدد

یک عدد	مگنت تنظیم کننده	۳
یک عدد	ست میکروسرجی	۴

### استاندارد ثبت:

۱. مشخصات کامل بیمار و تاریخ انجام
۲. علت انجام VNS
۳. مختصری از شرح حال
۴. گزارش LTM
۵. نام فرد ارجاع دهنده و جراح انجام دهنده، پزشک و مرکز پیگیری کننده بعد از جراحی
۶. داروهای در حال مصرف
۷. گزارش جراحی

### ک) استانداردهای گزارش:

۸. مشخصات کامل بیمار و تاریخ انجام
۹. علت انجام VNS
۱۰. گزارش LTM
۱۱. مختصری از شرح حال
۱۲. سن بیمار
۱۳. نام فرد ارجاع دهنده جراح انجام دهنده، پزشک و مرکز پیگیری کننده بعد از جراحی
۱۴. داروهای در حال مصرف
۱۵. گزارش جراحی
۱۶. دو هفته بعد از جراحی programming شروع میشود

Normal mode:

- Output current: start with 0.25 mA and increase by 0.25 mA increments

- Follow up visits q1-2 weeks are suggested until output is at the therapeutic range
- Normal mode therapeutic range: 1.5-2.25 Ma
- Frequency: start with 30 Hz
- Pulse width: 500 microsecond

#### **(ل) شواهد علمی در خصوص کنترالندیکاسیون های دقیق خدمت:**

۱. سابقه واگوتومی گردن سمت چپ یا دو طرفه
۲. سابقه مشکلات قلبی و یا ریوی COPD.
۳. اختلال هدایتی قلب
۴. آپنه انسدادی خواب
۵. بیماری که کاندید مناسب جراحی قطعی ابی لپسی باشد
۶. همراهی با بیماری نورولوژیک دیگر با سیر پیشرونده
۷. بیمار با COMORBIDITY پیش رونده که جراحی تعییه VNS تغییری در سروایوال ایجاد نکند
۸. آسم
۹. بیمار نیازمند MRI مکرر (نسبی)
۱۰. دیاترمی (therapeutic ultra sound)
۱۱. Active gastric ulcer.
- ۱۲

#### **موارد احتیاط در انجام (در این موارد با نظر کمیته تصمیم گیری شود):**

- دیابت وابسته به انسولین در بزرگسالان با درگیری اتونوم
- حاملگی
- سن زیر ۴ سال

#### **تبصره:**

برای کسانی که VNS تعییه شده انجام دیاترمی درمانی کنترالندیکاسیون دارد.

#### **عوارض:**

۱. شکستن الکترود
۲. عفونت محل جراحی

۳. فلچ یک طرفه طناب صوتی

۴. خشونت صدا

۵. سرفه

۶. تنگی نفس

۷. پارستزی سمت چپ گردن

۸. سردرد

۹. سکسکه

۱۰. پنوموتوراکس

۱۱. درد عضلانی

۱۲. اسهال

۱۳. دیس فاژی

#### م) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

یک تا دو ساعت

منابع:

1. Elaine Wyllie,Wyllies treatment of epilepsy principles and practice,sixth edition
2. Ohemengkk , Parham k . vagal nerve stimulation : indications , implantation , and outcome. Otolaryngolclinnoth Am .2020 Feb j 53(1) : 127-143
3. Hans o Lauders, textbook of epilepsy surgery
4. Kaplan&Sadock's Comprehensive Text book of psychiatry, 2025

